







产品验收报告				
产品名称	激光光源图像采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2023 年 02 月 15 日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	2201020A008-13088056			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源图像采集模块	GX2-LSM-01KCM-01	1 套	
2	信号电源线	PRO-TEKT	1 根	15 米
3	mini cameralink 数据线	hewtech	1 根	10 米
4	烙克赛克密封模块	EZ00000000044	1 套	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	Xtium Y4C0 采集卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	将模块与成像控制单元连接，测试 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀无黑线		✓	
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字				