



产品验收报告				
产品名称	数据电源线			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2024 年 03 月 05 日			
验收人员	韩园园			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	数据电源线	V-3259-01	2 套	15 米
2	电源信号线	PRO-TEKT	3 套	15 米
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，零件齐全		✓	
	管接头与线缆紧固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
功能检测	线缆焊接定义无误		✓	
	连接功能正常的采集模块与采集主机，电源输入、数据采集、频率控制功能正常		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	2K 模块在 0~50KHz（或 4K 模块在 0~26KHz）频率下外触发信号控制采集功能正常		✓	
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
销售方负责人签字				