

产品验收报告				
产品名称	高速激光光源采集模块			
客户名称	北京鹰路科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025 年 03 月 21 日			
验收人员	韩圆圆			
序列号-相机号	2502020A002-1989Q138(埃科)			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	高速激光光源采集模块	GX3-HLSM-02KGM-01A	1 套	
2	数据电源线	V-3259-01	1 套	25 米
验收项目				
项目分类	具体内容			验收结果
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全			✓
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固			✓
	线缆插头、插座无损坏			✓
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确			✓
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致			✓
功能检测	万兆网卡数据采集功能正常，发货时改为随机 IP			✓
	线缆焊接定义无误			✓
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常			✓
	0~70KHz 外触发信号控制采集功能正常			✓
	图像清晰、亮度均匀			✓
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀			✓
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩圆圆			